



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 24.49.33.000.M.000001.01.20 ОТ 10.01.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) комплексом рентгенодиагностическим "MOVIPLAN", зав. № 15044011 и установкой рентгеновской маммографической "IMS", зав. № 20/03/15, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленными в рентгенодиагностическом кабинете ООО "КИТ" по адресу: 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 49 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский институт травматологии", 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, дом 49 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 06.12.2019 № 19654, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае".

Заключение действительно до 10.01.2025 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Аккерт М.Р.  
Ф. И. О. подпись, печать

№ 3184170





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000001.01.20 от 10.01.2020 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) комплексом рентгенодиагностическим "MOVIPLAN", зав. № 15044011 и установкой рентгеновской маммографической "IMS", зав. № 20/03/15,

по адресу: 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 49

MOVIPLAN - комплекс рентгеновский диагностический  
Производитель: Италия  
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)  
Виды работ: рентгенография  
Максимальное напряжение на аноде 150 кВ  
Максимальный анодный ток 200 мА  
Рабочая нагрузка до 1000 (мА\*мин./нед.

IMS - установка рентгеновская маммографическая  
Производитель: Италия  
Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)  
Виды работ: рентгенография  
Максимальное напряжение на аноде 35 кВ  
Максимальный анодный ток 145 мА  
Рабочая нагрузка до 200 (мА\*мин./нед



— Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

